



内阻测试仪编程手册

(V 1.0)

版权声明

版权

青岛汉泰电子有限公司。

声明

青岛汉泰电子有限公司保留对此文件进行修改而不另行通知之权利。青岛汉泰电子有限公司承诺所提供的信息正确可靠，但并不保证本文件绝无错误。请在使用本产品前，自行确定所使用的相关技术文件规格为最新有效的版本。若因贵公司使用青岛汉泰电子有限公司的文件或产品，而需要第三方的产品、专利或者著作等与其配合时，则应由贵公司负责取得第三方同意及授权。关于上述同意及授权，非属本公司应为保证之责任。

技术支持如果您在使用青岛汉泰电子有限公司的产品过程中，有任何疑问或不明之处，可通过以下方式取得服务和支持：

1. 请联系青岛汉泰电子有限公司当地经销商；
2. 请联系青岛汉泰电子有限公司当地直属办事机构；
3. 请联系青岛汉泰电子有限公司总部。

公司联系方法：

青岛汉泰电子有限公司

<http://www.hantek.com>

地址：山东省高新区宝源路 780 号 35 号楼 邮编：266114

电话：0532-88703687 / 88703697 传真：0532-88705691

Email: service@hantek.com

技术支持

电话：0532-88703687

Email: support@hantek.com

SCPI 命令简介

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments 的缩写), 即程控仪器 (可编程仪器) 标准命令集。SCPI 是一种建立在现有标准 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 基础上, 并遵循了 IEEE 754 标准中浮点运算规则、ISO 646 信息交换 7 位编码符号 (相当于 ASCII 编程) 等多种标准的标准化仪器编程语言。SCPI 命令为树状层次结构, 包括多个子系统, 每个子系统由一个根关键字和一个或数个层次关键字构成。

命令格式

命令通常以冒号 “:” 开始。关键字之间用冒号 “:” 分隔, 关键字后面跟随可选的参数设置。命令行后面添加问号 “?”, 表示对此功能进行查询。命令关键字和第一个参数之间以空格分开, 例如:

```
:ACQuire:TYPE <type>
```

```
:ACQuire:TYPE?
```

ACQuire 是命令的根关键字, TYPE 是第二级关键字。命令行以冒号 “:” 开始, 同时用冒号 “:” 将各级关键字分开, <type>表示可设置的参数。问号 “?” 表示查询。命令关键字:ACQuire:TYPE 和参数<type>之间用空格分开。

在一些带参数的命令中, 通常用逗号 “,” 分隔多个参数, 例如:

```
[:TRACe[<n>]]:DATA:VALue volatile,<points>,<data>
```

符号说明

以下符号不随命令发送。

1. 大括号 {}

大括号中的内容为参数选项。参数项之间通常用竖线 “|” 分隔。使用命令时, 必须选择其中一个参数。

2. 竖线 |

竖线用于分隔多个参数选项, 使用命令时必须选择其中一个参数。

3. 方括号 []

方括号中的内容是可省略的。

4. 三角括号 <>

三角括号中的参数必须用一个有效值来替换。 统计

参数类型

1. 布尔型 (Bool) 参数取值为 ON、OFF、1 或 0。例如:

```
:MEASure:ADISplay <bool> :MEASure:ADISplay?
```

其中:

<bool>可设置为: {{1|ON}|{0|OFF}}。 查询返回 1 或 0

2. 离散型 (Discrete)

参数取值为所列举的选项。例如:

:ACQuire:TYPE <type> :ACQuire:TYPE? 其中: <type>可设置为:
NORMal|AVERages|PEAK|HRESolution。 查询返回缩写形式: NORM、AVER、PEAK 或 HRES。

3. 整型 (Integer)

除非另有说明, 参数在有效值范围内可以是任意整数 (NR1 格式)。注意, 此时请不要设置参数为小数格式, 否则将出现异常。例如:

:DISPlay:GBrightness <brightness> :DISPlay:GBrightness? 其中: <brightness>
可设置为: 0 至 100 之间的整数。查询返回 0 至 100 之间的整数。

4. 实型 (Real)

参数在有效值范围内可以是任意实数, 该命令接受小数 (NR2 格式) 和科学计数 (NR3 格式) 格式的参数输入。

例如:

:TRIGger:TIMEout:TIME <NR3> :TRIGger:TIMEout:TIME?

其中: 参数<NR3>可设置为: 1.6e-08 (即 16ns) 至 1e+01 (即 10s) 之间的实数。查询以科学计数格式返回一个实数。

5. ASCII 字符串 (ASCII String) 参数取值为 ASCII 字符的组合例如:

:SYSTem:OPTion:INSTall <license> 其中: <license>可设置为:
PDUY9N9QTS9PQSWPLAETRD3UJHYA

命令缩写

所有命令对大小写不敏感, 你可以全部采用大写或小写。但是如果缩写, 必须输完命令格式中的所有大写字母。

例如:

:MEASure:ADISplay?可缩写成 MEAS:ADIS?

测量命令

:SAMPle:RATE

这条命令用来设置采样速率。

命令语法

```
SAMPle:RATE < SLOW|HORO|FAST>
```

示例

```
SAMPle:RATE SLOW
```

查询命令

```
SAMPle:RATE?
```

返回参数

```
SLOW|HORO|FAST
```

:CALCulate:AVERage

这条命令用来设置平均次数。

命令语法

```
:CALCulate:AVERage <1|2|4|8>
```

示例

```
:CALCulate:AVERage 2
```

查询命令

```
:CALCulate:AVERage?
```

返回参数

```
1|2|4|8
```

:TRIGger:SOURce

这条命令用来设置触发模式。

命令语法

```
:TRIGger:SOURce<INT|EXT|MAN>
```

示例

```
:TRIGger:SOURce MAN
```

查询命令

```
:TRIGger:SOURce?
```

返回参数

```
INT|EXT|MAN
```

:TRIGger:DELay

这条命令用来设置触发延迟时间(ms)。

命令语法

`:TRIGger:DELay<1 - 9999>`

示例

`:TRIGger:DELay MAN`

查询命令

`:TRIGger:DELay?`

返回参数

1 - 9999

:ABSolute

这条命令用来设置显示绝对值功能。

命令语法

`:ABSolute <ON|OFF>`

示例

`:ABSolute OFF`

查询命令

`:ABSolute?`

返回参数

ON|OFF

:FETCh?

这条命令用来读取最新的测量值。

查询命令

`:FETCh?`

返回参数

<电阻测量值>, <电压测量值> (ΩV 功能)

<电阻测量值> (Ω 功能)

<电压测量值> (V 功能)

举例

例: 查询 `:FETCh?`

响应 288.02E-3 , 1.3921E+0 (ΩV 功能)

电阻测量值为 288.02mΩ , 电压测量值为 1.3921V

量程命令

:FUNction

这条命令用来设置测量类型。

命令语法

```
FUNction< RV|VOLTage|RESistance>
```

示例

```
FUNction FUNCTION
```

查询命令

```
FUNction?
```

返回参数

```
RV|VOLTage|RESistance
```

:VOLTage:RANGe

这条命令用来设置测量电压量程。

命令语法

```
VOLTage:RANGe < 6V|60V|300V|AUTO>
```

示例

```
VOLTage:RANGe 6V
```

查询命令

```
VOLTage:RANGe?
```

返回参数

```
6V|60V|300V|AUTO
```

:RESistance:RANGe

这条命令用来设置测量电阻量程。

命令语法

```
RESistance:RANGe < 3mR|30mR|300mR|3R|30R|300R|3000R|AUTO>
```

示例

```
RESistance:RANGe 30mR
```

查询命令

```
RESistance:RANGe?
```

返回参数

```
3mR|30mR|300mR|3R|30R|300R|3000R|AUTO
```

统计命令

:CALCulate:STATistics:STATe

这条命令用来设置统计功能打开关闭。

命令语法

```
:CALCulate:STATistics:STATe <ON|OFF|1|0>
```

示例

```
:CALCulate:STATistics:STATe OFF
```

查询命令

```
:CALCulate:STATistics:STATe?
```

返回参数

```
ON|OFF
```

:CALCulate:STATistics:CLEAR

这条命令用来清除统计运算结果

:CALCulate:STATistics:RESistance:NUMBER?

这条命令用来电阻测的数据。

命令语法

```
查询      :CALCulate:STATistics:RESistance:NUMBER?
响应      <总数据数(NR1)> , <有效数据数(NR1)>
          <总数据数(NR1)> = 0 - 1000
          <有效数据数(NR1)>= 0 - 1000
```

例

```
查询      :CALC:STAT:RES:NUMB?
响应      22 , 20
```

:CALCulate:STATistics:VOLTage:NUMBER?

这条命令用来查询电压测的数据。

命令语法

```
查询      :CALCulate:STATistics:VOLTage:NUMBER?
响应      <总数据数(NR1)> , <有效数据数(NR1)>
          <总数据数(NR1)> = 0 - 1000
          <有效数据数(NR1)>= 0 - 1000
```

例

```
查询      :CALC:STAT:VOLT:NUMB?
响应      22 , 20
```


:CALCulate:STATistics:RESistance:MEAN?

这条命令用来查询电阻测量数据的平均值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:MEAN?

响应 <平均值 (NR3)>

例

查询 :CALC:STAT:RES:MEAN?

响应 30.370E+0

:CALCulate:STATistics:VOLTage:MEAN?

这条命令用来查询电压测量数据的平均值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:MEAN?

响应 <平均值 (NR3)>

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:MEAN?

响应 0.000124E+0

:CALCulate:STATistics:RESistance:MAXimum?

这条命令用来查询电阻测量数据中的最大值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:MAXimum?

响应 <最大值 (NR3)> , <最大值的数据编号 (NR1)>

例

查询 :CALC:STAT:RES:MAX?

响应 3.5044E+0 , 142

:CALCulate:STATistics:VOLTage:MAXimum?

这条命令用来查询电压测量数据中的最大值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:MAXimum?

响应 <最大值 (NR3)> , <最大值的数据编号 (NR1)>

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:MAX?

响应 30.384E+0 , 26

:CALCulate:STATistics:RESistance:MINimum?

这条命令用来查询电阻测量数据中的最小值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:MINimum?

响应 <最小值(NR3)> , <最小值的数据编号(NR1)>

例

查询 :CALC:STAT:RES:MIN?

响应 3.5044E+0 , 142

:CALCulate:STATistics:VOLTage:MINimum?

这条命令用来查询电压测量数据中的最小值。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:MINimum?

响应 <最小值(NR3)> , <最小值的数据编号(NR1)>

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:MIN?

响应 30.384E+0 , 26

:CALCulate:STATistics:RESistance:LIMit?

这条命令用来查询统计界面下电阻比较器判定结果。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:LIMit?

响应 <Hi 数>, <In 数>, <Lo 数>, <测试异常数>

例

查询 :CALC:STAT:RES:LIMit?

响应 6 , 160 , 0 , 2

:CALCulate:STATistics:VOLTage:LIMit?

这条命令用来查询统计界面下电压比较器判定结果。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:LIMit?

响应 <Hi 数>, <In 数>, <Lo 数>, <测试异常数>

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:LIMit?

响应 2 , 110 , 0 , 2

:CALCulate:STATistics:RESistance:DEViation?

这条命令用来查询统计界面下电阻标准差。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:DEViation??
响应 $\langle \sigma_n(\text{NR3}) \rangle, \langle \sigma_{n-1}(\text{NR3}) \rangle$

例

查询 :CALC:STAT:RES:DEV?
响应 0.0195E-3 , 0.0196E-3

:CALCulate:STATistics:VOLTage:DEViation?

这条命令用来查询统计界面下电压标准差。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:DEViation?
响应 $\langle \sigma_n(\text{NR3}) \rangle, \langle \sigma_{n-1}(\text{NR3}) \rangle$

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:DEV?
响应 0.000000E+0 , 0.000000E+0

:CALCulate:STATistics:RESistance:CP?

这条命令用来查询统计电阻工序能力指数。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:RESistance:CP?
响应 $\langle C_p(\text{NR2}) \rangle, \langle C_{pK}(\text{NR2}) \rangle$

例

查询 :CALC:STAT:RES:CP?
响应 99.99 , 99.99

:CALCulate:STATistics:VOLTage:CP?

这条命令用来查询统计电压工序能力指数。

命令语法

查询 :CALCulate:STATistics:VOLTage:CP?
响应 $\langle C_p(\text{NR2}) \rangle, \langle C_{pK}(\text{NR2}) \rangle$

例

查询 :CALC:STAT:VOLT:CP?
响应 99.99 , 0.00

比较器命令

:CALCulate:LIMit:STATe

这条命令用来设置比较器打开关闭。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:STATe<ON|OFF|1|0>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:STATe ON
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:STATe?
```

返回参数

```
ON|OFF
```

:CALCulate:LIMit:BEEPer

这条命令用来设置比较器判定蜂鸣器的设定。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:BEEPer <OFF|HL|IN|BT1|BT2>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:BEEPer OFF
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:BEEPer?
```

返回参数

```
OFF|HL|IN|BT1|BT2
```

:CALCulate:LIMit:COMParator

这条命令用来设置比较器比较模式。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:COMParator <AUTO|MANUAL>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:COMParator AUTO
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:COMParator?
```

返回参数

```
AUTO|MANUAL
```

:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE

这条命令用来设置电阻比较器模式。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE <HL|REF>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE HL
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE?
```

返回参数

```
HL | REF
```

:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE

这条命令用来设置电压比较器模式。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE <HL|REF>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE HL
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE?
```

返回参数

```
HL | REF
```

:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent

这条命令用来设置电阻范围的设定。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent <0 - 99.99>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent 0.5
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent?
```

返回参数

```
0.5
```

:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent

这条命令用来设置电压范围的设定。

命令语法

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent <0 - 99.99>
```

示例

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent 1.523
```

查询命令

```
:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent?
```

返回参数

```
1.523
```

辅助命令

:SYSTem:BEEPer:STATe

这条命令用来设置系统按键音。

命令语法

```
:SYSTem:BEEPer:STATe<ON|OFF|1|0>
```

示例

```
:SYSTem:BEEPer:STATe ON
```

查询命令

```
:SYSTem:BEEPer:STATe?
```

返回参数

```
ON|OFF
```

:SYSTem:KLOCK

这条命令用来设置按键锁。

命令语法

```
:SYSTem:KLOCK <ON|OFF|1|0>
```

示例

```
:SYSTem:KLOCK OFF
```

查询命令

```
:SYSTem:KLOCK?
```

返回参数

```
ON|OFF
```

:SYSTem:BRIGHTness

这条命令用来设置屏幕亮度。

命令语法

```
:SYSTem:BRIGHTness <10 - 100>
```

示例

```
:SYSTem:BRIGHTness 50
```

查询命令

```
:SYSTem:BRIGHTness?
```

返回参数

```
10 - 100
```

:SYSTem:LOCal

这条命令用来将机器从远程状态(右上角为 Remote)设定为本地状态(右上角为 Local 可进行按键操作)

:ADJust?

这条命令用来设置自动调零并且返回调零结果。

查询命令

:ADJust?

返回参数

<0 , 1>

注： 0 代表成功 1 代表失败

调零过程需要一定时间，在输入命令后等待大概八秒后返回调零结果

:ADJust:CLEAr

这条命令用来清除调零数据。